LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH SPARA DEM

Fotledsortos med tvådelad konstruktion och uppblåsbar luftpolstring

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

ORTHOSERVICE AG försäkrar i egenskap av tillverkare, på eget ansvar,att denna produkt är en medicinteknisk produkt i klass I som har tillverkats och försäljnts i enlighet med EU-förordning 2017/745 (MDR). Dessa instruktioner har utarbetats i enlighet med ovanstående förordning och syftar till att säkerställa en korrekt och säker användning av den medicintekniska produkten.

VARUMÄRKEN FÖR MATERIAL

Velcro® är ett registrerat varumärke som tillhör Velcro Industries B.V.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vi rekommenderar att trycket från ortosen inte belastar områden på knoppen med sår, svullnad eller hudförändringar. Undvik att den är ortosen för hårt eftersom detta kan orsaka lokalt förhöjt tryck eller kompression av underliggande nerver och/eller blodkärl. Vi rekommenderar även att ett klädesplagg används mellan ortosen och huden för att undvika direkt hudkontakt.Vid osäkerhet kring hur ortosen ska appliceras, kontakta läkare, fysioterapeut eller ortopedingenjör.

Läs noggrant produktens materialsammansättning på den invändiga etiketten. Använd INTE produkten om patienten har känd överkänslighet eller allergi mot någon av produktens komponenter.Vi rekommenderar att ortosen inte används i närheten av öppen eld.

Applicera inte ortosen direkt på öppna sår.

VARNINGAR

Det rekommenderas att ortosen, som är avsedd för de specifika indikationer som anges nedan, ordineras av läkare eller fysioterapeut och passas ut av ortopedingenjör,så utifrån patientens individuella behov. För att säkerställa ortosens funktion, effekt och tolerans måste utprovningen utföras med största noggrannhet. Ändra aldrig de inställningar som har gjorts av läkare, fysioterapeut eller ortopedingenjör. Tillverkarens ansvar upphör vid felaktig användning eller otillåten anpassning av produkten. Ortosen är avsedd att användas av endast en patient. Vid felaktig användning frånsäger sig tillverkaren allt ansvar i enlighet med gällande regelverk för medicintekniska produkter.

Hos personer med känslig hud kan direkt hudkontakt orsaka rodnad och irritation. Vid smärta, svullnad, hudförändringar eller andra oönskade reaktioner ska läkare omedelbart kontaktas. Vid en särskilt allvarlig incident ska händelsen rapporteras till tillverkaren och behörig myndighet i det land där användaren befinner sig.

Den ortopedtekniska produktens funktion kan endast garanteras när samtliga komponenter används korrekt.

Storlek

Artikelnummer	REF. A1029
Storlek	Universal
Färg	Vit

Passar höger och vänster

Underhåll

Får inte blekas. Får inte kemtvättas.
Får inte strykas. Får inte torktumlas.

Tvättråd: Handtvätt i högst 30 °C med neutralt tvättmedel (användning av svamp rekommenderas). Torka inte i närheten av värmekällor. Tvätta helst med en trasa.

Produkten eller dess komponenter får inte slängas i naturen.

INDIKATIONER

- Fotledsskador av grad 2 och 3.
- Funktionell rehabilitering efter operation.
- Funktionell rehabilitering efter fotledsfraktur (mudbalfraktur).
- Kronisk instabilitet i fotleden (före sjukdomsdebuten), även vid idrottsutövning.

KONTRAINDIKATIONER

Inga kända kontraindikationer.

EGENSKAPER OCH MATERIAL

- Uppblåsbara luftkuddar.
- Anatomiskt utformad, lätt och slitstark tvådelad konstruktion i plast.
- Justerbar halkbredd med kardborrefästning.
- Enkel applicering tack vare att ortosen kan öppnas helt.
- Pump medföljer.

APPLICERING AV ORTOSEN

1. Öppna samtliga kardborreband.

2. Kontrollera att de uppblåsbara luftkuddarna på insidan är korrekt placerade i plastkonstruktionen.

3. Placera hälskålen under hälen så att den rundade delen (bild A) är riktad framåt mot fotens främre del.

4. Placera ortosens stabiliserande sidoskal på vardera sidan av fotleden. Justera vid behov fotledens bredd med hjälp av den avsedda kardborrförslutningen så att ortosen anpassar efter fotens bredd (bild B).

5. Stäng ortosen genom att dra åt kardborrebanden ordentligt:
- Fäst först kardborrebandet närmast fotknölarna (bild C).
- Fäst därefter det övre kardborrebandet (bild D).

6. Blås vid behov upp eller släpp ut luft ur luftkuddarna med hjälp av den medföljande pumpen tills optimal komfort och stabilitet har uppnåtts.

Observera: Pumpa inte upp luftkuddarna för hårt eftersom ett för högt tryck kan påverka blodcirkulationen.









AIR PAD LATEX FREE SINGLE PATIENT MED. DEV. USE



airstrong

REF. A1029

Bivalve ankle brace with inflatable air padding

DESIGNED AND DEVELOPED IN SWITZERLAND

ORTHOSERVICE RO+TEN
Take care feel better

DE · Die in diesem Dokument verkauften Beschreibungen und Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und zu kommerziellen Zwecken. Orthoservice behält sich das Recht vor, Änderungen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

EN · The descriptions and images in this document are for illustrative and commercial purposes only. Orthoservice reserves the right to make modifications at any time, without prior notice, based on their needs.

FR · Les descriptions et les images contenues dans ce document sont présentées à titre d'exemple et à des fins commerciales. La société Orthoservice se réserve le droit de les modifier selon ses besoins.

BG · Описания и изображения, представени в този документ, служат единствено за илюстрация и за търговски цели. Компанията Ортосервиз запазва правото да прави промени по всяко време, без предварително известие и въз основа на нуждите си.

PL · Opisy i obrazy w tym dokumencie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i handlowych. Firma Orthoservice zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia i w oparciu o własne potrzeby.

IT · Le descrizioni e le immagini presenti in questo documento sono a mero scopo esemplificativo e commerciale. L'azienda Orthoservice si riserva il diritto di modificare in base alle proprie necessità.

MD

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Fluggmolle 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 333 0 · Fax +49 (0) 7221 40 333 20
info@ortheservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 41a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 12 10 · (NIP): 9492246785
info@ortheservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&56 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 3TA
Tel. +44 (0) 191 91 66 220
info@ortheservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · 20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 91 200
info@rotenten.com · www.rotenten.com

ORTHOSERVICE RO+TEN
Take care feel better